

様式5（日本産業規格A4縦長型）

質問回答書

産技総研第40号
令和5年5月29日

入札関係業者様

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
経理責任者 理事 和泉 雅幸

下記の入札案件に係る質問について、次のとおり回答します。

記

入札案件名	ガス・水蒸気透過度測定装置の購入
質問内容	別紙のとおり
回答	別紙のとおり

入札事務担当者情報

部署名	総務部経理課
氏名	青木 智子
電話番号	046-236-1500 内線 5016
FAX	046-236-1525
Eメールアドレス	om-keiri@kistec.jp

令和5年5月29日
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

質問・回答書（「ガス・水蒸気透過度測定装置の購入」）

No.	質問内容	回答
1	仕様書3-2の(12)について透過直径の規定がありませんが、標準の透過直径35±10mmでよろしいでしょうか。	標準の透過直径35±10mmで問題ありません。なお、10±5mmや70±20mmの透過直径でも構いません。
2	仕様書3-2の(14)の標準試料について一般的に市販されているバリアフィルムやシートではなく、繰り返し使用可能な校正用の標準試料でよろしいでしょうか。	仕様書3-2の(14)に指定する水蒸気透過度の範囲内に収まるものであれば、繰り返し使用可能な校正用の標準試料で問題ありません。