

様式5（日本工業規格A4縦長型）

質問回答書

産技総研第48号
令和8年6月8日

入札関係業者様

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
経理責任者 理事 和泉 雅幸

下記の入札案件に係る質問について、次のとおり回答します。

記

入札案件名	EMI測定システムの購入
質問内容	別紙のとおり
回答	別紙のとおり

入札事務担当者情報

部署名	総務部経理課
氏名	大下 和美
電話番号	046-236-1500 内線 5016
FAX	046-236-1525
Eメールアドレス	om-keiri@kistec.jp

令和8年6月8日

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

質問・回答書（EMI測定システムの購入）

No.	質問内容	回答
1	・仕様書9項 付属品等 b)について、周波数26.5GHz～40GHzの試験では、測定レシーバーを電波暗室内に持ち込んだ運用を想定されておりますでしょうか。	電波暗室内での運用予定です。
2	・納品時の校正証明書及び校正データは不要という認識でよろしいでしょうか。仕様書を見る限りご要求の文面が確認できませんでしたので念のため確認させていただきます。	レシーバー、アンテナともにISO17025認定校正は不要ですが、メーカー標準校正データはご用意ください。