仕様書

1．購入物件　　自動分注装置／リキッドハンドリングシステム（製品名：AAW™ Automated Assay Workstation）

2．設置場所　　国立大学法人東京科学大学横浜キャンパス　相澤研究室

（神奈川県横浜市緑区長津田町4259）

3．納　　期　　令和９年３月12日（金）

4．調達機器構成表

品　　目	規 格 ・ 型式	数 量
0 機器名　自動化アッセイワークステーション		
1 本体　AAW™ Automated Assay Workstation	99900241	1
3 付属品(必需品)･･･････････････････････		
1) グリッパー	99900244	1
2) Opentrons Flex™ Stacker	99100363-1EA-JP	1
3) Flex Stacker Kit	99100364	1
4) 電動ピペット96-channel（5～1,000 µl）	99900196	1
5) AAW™ 1チャンネルピペット（1～50 µl）	99900248	1
6) AAW™ 8チャンネルピペット（5～1,000 µl）	99900245	1
7) 温度制御モジュール	99100350	1
8) ダストシュートモジュール	99900227	1
9) 拡張デッキ	99900203	1
10) 96-channelチップラックアダプター	99900202	2
11) フィルターチップ50 µl（20ラック）	99100104	1
12) フィルターチップ50 µl（20リフィル）	99100110	2
13) フィルターチップ200 µl（20ラック）	99100105	1
14) フィルターチップ200 µl（20リフィル）	99100111	2
15) 96ウェルPCRプレート（25個）	99100076-25EA	2
16) 1ウェル300 mlリザーバー（25個）	99900258-25EA	2
17) 4ウェル72 mlリザーバー（25個）	99900259-25EA	2
18) 12ウェル22 mlリザーバー（25個）	99900260-25EA	2
19) 4-in-1チューブラックセット	99900030	1

５．機器購入に当たっての確認事項

(１)機器設置仕様

・機器の搬入

・組み立て・調整

・現地調整作業

(２)取扱説明書

(３)初期不良は、製品保証対応とする。

(４)機器のセットアップ作業について、組立て、調整、動作確認を行う。

(５)機器の梱包材の処理について

機器を搬入する際に使用した箱、梱包材、緩衝材等は後日回収し搬出、処理すること。また、その費用を含むものとする。

６．協議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者との協議の上、その決定に従うものとする。

以上